

گردآوری : بهاره مقیمی – کارشناس اداره کل استاندارد زنجان

عنوان : دندانپزشکی – مجموعه نخ دندان با دسته

برای دریافت رایگان متن کامل استاندارد ملی به آدرس : <http://standard.isiri.gov.ir> مراجعه کنید.

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های مجموعه نخ دندان با دسته برای استفاده دستی می باشد. این استاندارد برای نخ دندان با دسته های شامل منبع پیوسته نخ دندان یا دسته های دندان که نخ دندان بعد به آن اضافه می گردد کاربرد ندارد.

این استاندارد شامل روش های کیفی و کمی برای ارزیابی خطرات زیستی تیست برای ارزیابی مخاطرات زیستی مربوط به این فرآورده به استاندارد ملی ۴۳۰۰ مراجعه شود.

نخ دندان شامل چند رشته با هم به شکل نخ، نخ تابیده، نوار یا تک رشته، الیاف سنتتیک معمولی با یا بدون مواد پوشش دهنده که برای پاک کردن پلاک یا باقیمانده خوردنی ها از سطوح مجاور دندان های طبیعی یا مصنوعی و سطوح مجاور لثه در دندان های ثابت کاشته، طراحی شده است.

منظور از نخ دندان با دسته این است که نگه دارنده نخ به عنوان یک جز یک پارچه ثابت می باشد. نخ دندان باید عاری از مواد خارجی باشد موادی مانند موم، رنگدانه و خوشبو کننده ها که به نخ دندان یا دسته اضافه می گردد باید به عنوان بخشی از ابزار منظور گردد.

نخ دندان نباید دارای سطوح یا قسمت های تیز و برنده باشد، بجز مواردی که قسمتی از آن به عنوان خلال دندان طراحی شده باشد.

بسته بندی نخ دندان باید به گونه ای باشد که از ورود آلودگی جلوگیری کرده و باعث آلوده شدن مجموعه نخ دندان با دسته آن نگردد.

بسته بندی نخ دندان باید شامل اطلاعات نشانه گذاری از قبیل نام تجاری، نام و نشانی تولید کننده و یا مسئول توزیع کننده و کد ردیابی تولید کننده باشد.